


「目に見える汚れ」はブラッシング等で「目に見えない汚れ」になって残っています。ミクロの「汚れ」を丁寧にブラッシングをされても除去することは不可能であり、それよりもブラッシング作業によって医療従事者が汚染飛沫を浴び肝炎ウイルス等の交差感染する恐れがあります。



もし「目に見える大きな汚れ」が付着していればティッシュ或いはガーゼでその部分のみを摘み取った方が「汚染域」の拡大がありません。

超音波振動は鏡面仕上げされた面に当たるとその内側にも振動が伝搬されます。疎面、細かなメッシュは吸収と跳ね返りで内側に振動が伝わりにくい

メッシュが細かなものは使用を避ける



内側には超音波振動はほとんど伝わらない



バスケットの面は鏡面仕上げされています。